


independence with confidence

www.optimummedical.co.uk

UgoTM
catheter valve
kateterventiler




Att användas antingen med
kvarliggande uretral eller suprapubisk kateter



optimummedical®

ugo catheter valve



På **Optimum Medical** förstår vi betydelsen av självständighet och **Ugo Catheter Valve** (kateterventil) har tagits fram med tanke på användarens bekvämlighet och trygghet i första hand.

Fördelar:

- Diskret, bekväm och lättanvänd
- Säkerhetsfunktion förhindrar oavsiktligt öppnande
- Lättöppnad påsförpackning möjliggör säker presentation av ventilen på ett sterilt område
- 180 handtagsdesign möjliggör enhandsbruk
- Tillverkad av hållbar, högkvalitativ, medicinsk PVC för upp till 7 dagars användning
- Ergonomisk, liten och inga vassa kanter
- Universell stegad kontakt för säker montering på alla katetermaterial
- Mjuk silikonslang för att fästa till nattuppsamlingspåse eller kateterpåse




Art.nr.	PIP-kod	NPC-kod	Produktbeskrivning	Innerförpackning	Ytterförpackning
603000	388-2388	FSS1067	Ugo Catheter Valve	5 st.	100 st.

LATEXFRI

Informativ bruksanvisning för patient och vårdare finns att hämta. Kontakta **Optimum Medical**, ugo@optimummedical.co.uk för att veta mer.

SVAR PÅ KLINISKT BEHOV

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED **UGO CATHETER VALVE** JÄMFÖRT MED KATETERPÅSAR?



Säker fastsättning av **Ugo Catheter Valve** (kateterventil) på urinalkateter

Ugo Catheter Valve är avsedd för personer med:

- Tillräcklig urinblåsekapacitet
- Tillräcklig urinblåsekänsla
- God finmotorik
- Kognitiv medvetenhet

The National Institute for Health and Clinical Excellence rekommenderar att *"för vissa personer kan en kateterventil vara ett lämpligt alternativ till en kateterpåse".¹*

"Användning av en kateterventil som ett alternativ till kontinuerlig fri dränering bör alltid tas i övervägande i sådana fall där blåsan garanterat erbjuder säker urinförvaring."²

1 **Främjar normal funktion av detrusormuskeln**

"Om urinblåsor tillåts fortsätta med kontinuerlig fri dränering på lång sikt, kan blåsfunktionen gå förlorad och inte återfås om TWOC (försök utan kateter) övervägs för framtiden".³

"Ventilen möjliggör underhåll av blåsfunktion, kapacitet och ton genom att tillåta fyllning och tömning av blåsan".⁴

2 **Minskar trauma**

"Minskning av trauma i blåsväggen och urinröret genom det intermittenta lyftet av blåsväggen från katetern när blåsan fylls. Sträckning av blåshalsen kan också förhindras i och med att kateterpåsens vikt inte hänger från katetern".⁵

3 **Förbättrad patienterfarenhet**

"Patienter brukar föredra kateterventiler tack vare förbättrad integritet och värdighet" och "En idealisk ventil ska vara diskret, bekväm, läcksäker och lättanvänd".⁶

4 **Minskar skorpbildning och kateterblockering**

"Ventilreglerat, intermittent urinflöde genom katetrar ökar den tid som katetrar behöver för att blockeras. Den mest gynnsamma effekten registrerades när blåsan tömdes i 4-timmarsintervaller".⁷

Ugo Catheter Valve kan visa sig olämplig för personer med:

- Oförmåga att hantera ventilen (såvida inte en vårdare kan utföra detta)
- Begränsad urinblåsekapacitet
- Minskad urinblåsekänsla
- Begränsad kognitiv medvetenhet
- Dålig njurfunktion eller urinreflux
- Okontrollerad detrusoröveraktivitet



optimum medical
support™

Träning och utbildning för optimerad patientvård

Besök www.optimummedicalsupport.co.uk för att få veta mer.



HÄNVISNINGAR

- ¹ National Institute for Health and Clinical Excellence. 2012. Urinary Incontinence in Neurological Disease [PDF]. Manchester. National Institute for Health and Clinical Excellence. Finns att hämta på: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13855/60379/60379.pdf> [Åtkomst den 23:e januari 2014]
- ² Harrison S.C.W, et al. 2010 British Association of Urology Surgeons. Riktlinjer för användning av suprapubic kateter. British Journal of Urology International 107(9), pp77 -85.
- ³ Addison R et al. 2012. Catheter care: RCN Guidance for Nurses [PDF]. London. Royal College of Nursing. Finns att hämta på: http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/157410/003237.pdf
- ⁴ The European Association of Urology Nurses, 2012. Evidensbaserade riktlinjer för bästa praxis inom urologisjukvård. Kateterisering, kvarkatetrar hos vuxna. Uretral och suprapubisk. Holland: The European Association of Urology Nurses
- ⁵ Bardsley, A & Kyle, G. 2007. Utvärdering av forskningsbevis för användning av kateterventiler. Continence UK. Vol. 1(4) sid 53-56. Endast sammanfattning.
- ⁶ Woodward, S, 2013. Kateterventiler: Ett välkommet alternativ till kateterpåsar. British Journal of Nursing. 22 (11) sid. 650-653.
- ⁷ Sabbuba.N.A et al, 2005. Minskar den ventilreglerade frigöringen av urin från blåsan skorpibildning och blockering av kvarkatetrar med hjälp av kristallina proteus mirabilis biofilmer? Journal of Urology. 173 (1) sid. 262-6.

MILJÖPOLICY



Som tillverkare av medicinska produkter är vi medvetna om vårt miljöansvar och vikten av att bevara naturliga resurser. Vi strävar efter att använda minsta möjliga förpackningsstorlek och därmed minska vårt bidrag till sopberget.



Vi ser till att transporten av våra produkter är så effektiv och miljövänlig som möjligt.

Alla trycksaker består till 50% av återvunnet material i enlighet med FSC-programmet Chain-of Custody.



optimummedical

MEDI PLAST®

Återförsäljare Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35 | mediplast.info@mediplast.com | www.mediplast.se

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

